

**Fra:** Gøril Hoff Dalehamn <goril.dalehamn@ks.no>  
**Sendt:** tirsdag 11. november 2025 19:29  
**Til:** Medisinsk utstyr  
**Kopi:** Stian Rugsveen Engen; Terje Wistner  
**Emne:** Høringssvar medisinsk teknisk utstyr saksnummer 25/20250  
**Vedlegg:** horingsnotat medisinsk teknisk utstyr.pdf

You don't often get email from goril.dalehamn@ks.no. [Learn why this is important](#)

**Hei, her er høringssvar fra KS avd. eHelse - Elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr (punkt 2). saksnummer 25/20250**

KS ønsker å gi innspill til høringen knyttet til punkt 2 om elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr.

Vi støtter forslaget om at bruksanvisninger skal gjøres tilgjengelige digitalt, samtidig som språkkravene opprettholdes. Det er viktig at forskriften tydelig presiserer at bruksanvisningen skal være lett tilgjengelig og forståelig for brukerne. Når bruksanvisningen formidles via lenke, bør det stilles krav om at denne enkelt kan, gjennom standardiserte APler, integreres i helsepersonells kvalitetssystemer eller andre relevante arbeidsflater (eks. EPJ). Det bør også være mulig å skrive ut en forenklet versjon i PDF-format.

KS anbefaler at det vurderes å inkludere krav om at en forenklet bruksanvisning, for eksempel i form av en QR-kode, som for eksempel kan festes direkte på det medisinske utstyret. Dette vil gjøre informasjonen mer tilgjengelig for både helsepersonell og brukere. Det kan også inkludere bruksanvisninger på andre format som e-læring, støtte når oppgaver skal utføres enten det er i et støttesystem/forsystem eller i et journalsystem.

Vi støtter også at helsepersonell fortsatt skal ha mulighet til å be om papirbaserte versjoner ved behov. Dersom det er sannsynlig at utstyret også benyttes av lekfolk eller pasienter, bør produsenten være forpliktet til å levere en papirbasert bruksanvisning som er lett å lese og forstå, men også at bruksanvisninger kan tilpasses til ulike bruker- og pasientgrupper

KS stiller seg noe usikker til om innføringen av elektroniske bruksanvisninger alene vil bidra til mer effektive arbeidsprosesser i helsetjenesten. Dersom forskriften skal inneholde formuleringer om dette, bør det samtidig stilles krav om en forenklet bruksanvisning slik at hjelp og støtte er tilgjengelig for helsepersonell og bruker. Det kan eksempelvis være via QR-kode, som monteres fast på utstyret, men som også blir tilgjengelig i arbeidsprosessene og arbeidsflatene til helsepersonell for å sikre rask og enkel tilgang til nødvendig og oppdatert informasjon. Dette vil kunne bidra til økt pasientsikkerhet.

Men vennlig hilsen

Gøril Hoff Dalehamn  
Spesialrådgiver eHelse  
Forskning, innovasjon og digitalisering

Epost: [goril.dalehamn@ks.no](mailto:goril.dalehamn@ks.no)

Mobil: +47 980 72 776

<http://www.ks.no>



KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities