



**Deres ref.**

**Vår ref.**  
25/08654-5

**Saksbehandler**  
Christel Nyhus

## VEDTAK - PÅLEGG OM STANS AV ULOVLIG REKLAME OG KRAV OM RETTING FOR NORDYX-TRÅDER

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) viser til forhåndsvarsel om vedtak om ulovlig reklame om medisinsk utstyr, krav om retting, forbud mot markedsføring og tvangsmulkt 25.04.25. Klinikk Odden AS (org. nr. 917 754 071) har fått anledning til å kommentere varselet og vi mottok tilbakemelding den 25.04.25 og 10.05.25.

DMP fatter vedtak om at markedsføringen til Klinikk Odden AS for Nordyx-tråder som angitt under avvik 1 og 2 anses som ulovlig jf. forordning (EU) 2017/745 artikkel 7. Klinikk Odden pålegges å rette eller fjerne markedsføring som strider mot regelverket innen 18.06.25.

DMP har observert at Klinikk Odden AS på nettsiden markedsfører bruk av Nordyx-tråder som er plassert på markedet som medisinsk utstyr.

DMP har undersøkt følgende kanaler for markedsføring:

Nettside: <https://klinikkodden.no>

Facebook: @klinikkodden

Instagram: @klinikkodden

Markedsføringen har blitt dokumentert og følger med vedtaket i vedlegg.

Tiltenkt bruk beskrevet i bruksanvisning er:

*“This device is used for correction surgery by fixing the sub dermal tissue in an elevated position for injured tissue, or reconstructed position of damaged tissue(especially sub dermal in face) for patient after damage or an accident.”*

Sikkerhetsprofil beskrives i bruksanvisning som følgende:

**Direktoratet for medisinske produkter**  
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo  
Besøksadresse: Grensesvingen 26, 0663 Oslo  
post@dmp.no  
dmp.no

Brev stiles til DMP. Vennligst oppgi vår referanse.

Tlf.: 22 89 77 00  
Kto.: 7694 05 00903  
Org.nr. 974 761 122







Ved gjennomgang av Facebook konto til Klinikk Odden AS den 03.06.25 finner DMP fortsatt ulovlig reklame for trådløft, se vedlagt bilde.

## Klinikk Odden sitt innlegg



Klinikk Odden har oppdatert statusen sin.

1. juli 2020 · 🌐



BROW LIFT - Trådløft av øyenbryn 🍑🍑

Antall tråder som settes pr. bryn varierer fra kundens ønske og fasong. På min kollega Janikke har vi her satt 3 tråder pr. side. Vi designer løftet slik du vil ha det 🍑 .

Pris:

- 2 tråder 4950,-
- 4 tråder 8000,-
- 6 tråder 9950,-



14



Liker



Kommenter



Del

Annonsen er reklame for Brow Lift. Den tiltenkte bruken til Nordyx PLACL-tråder er i bruksanvisningen beskrevet til å korrigere vev i en forhøyet posisjon eller rekonstruksjon av posisjon av skadet vev for pasienter etter en skade eller ulykke. Det står også presisert i bruksanvisningen at produktet ikke skal bli brukt for andre hensikter (purpose) enn det som er oppgitt i tiltenkt bruk.

Bruksområdet Brow Lift som klikken markedsfører for å endre et normalt utseende er ikke tråd med den tiltenkte bruken som er beskrevet i bruksanvisningen til produktet som er begrenset til å løfte og støtte vev etter ulykke eller skade. DMP anser markedsføringen i strid med MDR artikkel 7 bokstav d) (se avvik 1).

DMP konkluderer med at Klinikk Odden AS fortsatt driver ulovlig reklame for Nordyx-tråder.

DMP bemerker at vi kun har trukket frem et eksempel fra deres Facebook konto i dette vedtaket. Klinikk Odden AS har et selvstendig ansvar for å gjennomgå alle sine markedsføringskanaler og rette opp eventuell markedsføring for Nordyx-tråder som ikke er i tråd med regelverket, for å etterleve dette vedtaket.

## 6 Avsluttende merknader

DMP vil presisere at det ikke er gjort en fullstendig gjennomgang av all markedsføring for medisinsk utstyr eller alle markedsføringskanaler som Klinikk Odden AS benytter.

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å gjennomgå alle sine markedsføringskanaler,

